

**Хирургия және ортопедия үшін медициналық имплантантты өндіруге арналған титан  
табақтарына техникалық ерекшелігі  
(Лот 1)  
Жалпы талаптар**

Титан табағы ВТ6 маркасына (деформацияланатын титан қорытпасы)  
және ISO 5832-11 – 2014 МС сәйкес келуі керек.

Табақ қалыңдығы: 12 мм.

Салмағы: 109 кг.

Шарттары: Жеткізуші тапсырыс берушінің талабы бойынша сапа  
сертификатын, товардың пайда болу декларациясын және өзге де қажетті  
құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

**ТӨЛЕУ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Баға Өскемен қаласы DDP шарты бойынша ҚҚС есебімен көрсетілген (сатып алушыға  
жеткізу және барлық ықтимал төлемдерді, салықтар мен алымдарды камтиды).

Төлем шарттары: жеткізілгеннен кейін.

Тауарды жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн

**И.о ректора**

**Бағдарлама жетекшісі**



**С.Ж. Рахметуллина**

**Е.А. Малгаждаров**