

**Техническая спецификация на титановый лист для изготовления
медицинского имплантата для хирургии и ортопедии**

(Лот 1)

Титановый лист должен соответствовать марке ВТ6 (деформируемый титановый сплав) и ГОСТу ISO 5832-11 – 2014.

Толщина листа: 12 мм.

Вес: 109 кг.

Условия: Поставщик обязуется предоставить сертификат качества, сертификаты / декларацию о происхождении товара и иную необходимую документацию по запросу заказчика.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки, не позднее 30 дней после подписания акта приема-сдачи.

Срок поставки товара: 30 календарных дней с момента подписания договора

И.о ректора

Руководитель программы



С.Ж. Рахметуллина

Е.А. Малгаждаров