

**Рентген трубкасына техникалық сипаттама  
(Лот 1)  
Жалпы талаптар**

PANalytical X'Pert PRO MPD рентгендік дифрактометр үшін мыс аноды бар металдық-қыштан жасалған рентген түтікшесі:

1. Алшақ және сызықтық фокус арасында ауыстырып қосу мүмкіндігі бар;
2. Диаметрі 14 мм, рентген терезесінің қалыңдығы 30 мкм екі бериллийден жасалған рентген терезесінің болуы;
3. Келесідей параметрлер – үдейтін кернеу 60 кВ, алшақ фокус жағдайындағы ток 60 мА, сызықтық фокус жағдайындағы ток 55 мА;
4. Сумен суытылу жылдамдығы 3,5 л/мин кем емес, қысымы 0,8 Мпа аспайды;
5. Түтікше бетіндегі рентгендік сәулелену қуаты 1 мкЗв/час артық емес;
6. Жұмысқа қажет температуралық интервалдар 5-тен 40 °С дейін.

Жеткізу жиынтығына түтікшені PANalytical X'Pert PRO MPD рентгендік дифрактометрге орнатуға оны қосу, дәлдеу, жұмыс істеу режиміне жеткізу және PANalytical X'Pert PRO MPD рентгендік дифрактометрдің өндіруші-компаниямен сертификатталған мамандармен калибрлеу кіреді.

**Ректор**

*Проректор*

**Жоба жетекшісі**

**Жоба жетекшісі**

**Жоба жетекшісі**

**Жоба жетекшісі**



**Шаймарданов Ж.К.**

*Габриелшова Д.*

**Куленова Н.А.**

**Плотников С.В.**

**Бакланова О.Е.**

**Миргородский С.И.**

**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Тауарлар тізбесі тапсырыс берушімен келісілсін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 45 күнтізбелік күн.