

### Техническая спецификация на ультразвуковую ванну

Поставляемое оборудование должно иметь следующий состав и характеристики:

№	Наименование товара	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во
1	Ванна ультразвуковая	Материал ванны: нержавеющая сталь; Объем ванны, л: не менее 22; Размер ванны, длина ,ширина, высота, мм: не менее 500*300*150; Частота, Гц: 60; Мощность, Вт: не менее 600; Рабочая частота, кГц: не менее 40; Температурный диапазон: от 20градС до 80 градС; Таймер, мин: 1-99; Вес, кг, не более 14; В комплекте должна быть корзина из нержавеющей стали для укладки деталей, подходящая по характеристикам к ультразвуковой ванне	шт	1

Ректор

Проректор по НРИИ

Руководитель подпрограммы

Шаймарданов Ж.К.

Гавриленко О.Д.

Азаматов Б.Н.

### УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки

Срок поставки: 45 календарных дней с момента подписания договора