

**Техническая спецификация на анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-5М» с
комплектom светофильтров
(Лот 1)
Общие требования**

Наименование лота:	Техническая спецификация
Анализатор жидкости «ФЛЮОРАТ-02-5М» с комплектom светофильтров	Анализатор для измерения массовой концентрации органических и неорганических примесей в воде, воздухе, почве и т.д. согласно ТУ 4321-001-20506233-94. Для эксплуатации в лабораторных условиях. Спектральный диапазон оптического излучения в канале возбуждения 200÷650 нм, в канале пропускания 200÷650 нм, в канале регистрации люминесценции 250÷650 нм. В комплекте поставки обязательны светофильтры для определения сероводорода по МУК 4.1.1269-03 и набор кювет.

И.о. председателя правления - ректор

Шаймарданов Ж.К.

Проректор по НРИИ

Гавриленко О.Д.

Руководитель темы

Асанов Д.А.

**УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ**

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и вк. очет в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора