

Техническая спецификация на хемилюминесцентный газоанализатор H₂S и SO₂ в атмосферном воздухе (CB-320A-1-H₂S, SO₂)

(Лот 3)

Общие требования

Наименование лота	Техническая спецификация
Хемилюминесцентный газоанализатор H ₂ S и SO ₂ в атмосферном воздухе (CB-320A-1-H ₂ S, SO ₂)	Для измерения массовой и объемной концентрации в атмосферном воздухе сероводорода и диоксида серы с диапазоном измерений сероводорода 0÷0,2 мг/л, диоксида серы 0÷2 мг/л, погрешностью измерений не более 25 %.

И.о. председателя правления - ректор

Шаймарданов Ж.К.

Проректор по НРИИ

Гавриленко О.Д.

Руководитель темы

Асанов Д.А.



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора