

ГАНК-4РБ Стационарлық Газ талдаушысының техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

№	Техникалық сипаттамасы	Саны
1	ГАНК-4РБ Стационарлық Газ талдаушысы). RS-485 Modbus RTU Ауаны мәжбүрлеп алуға арналған сорғымен(SO ₂ , H ₂ S, NO ₂ , PM _{2.5} , PM ₁₀): 020011 Азот диоксиді (А) 0,02 - 1,00 мг / м ³ 020461 Күкіртсутек (А) 0,004 - 5.000 мг / м ³ 021411 Күкірт ангидридi (күкірт диоксиді) (А) 0,025 - 5 мг / м ³	1 дана
2	ГАНК-4РБ Стационарлық Газ талдаушысы). (Жалпы өнеркәсіптік үлгідегі стационарлық): Шаңды (өлшенген заттар) анықтауға арналған Modbus RTU. Өлшеу диапазоны: 0,075 - 1 мг / м ³ ; 1 - 40 мг / м ³ . Көрсеткіштер диапазоны: PM _{2.5} , PM ₁₀ .	1 дана
3	0438 Ұялы модем (SIM картасыз) 04168 Ауа сапасын автоматты бақылау жүйесімен жұмыс істеуге арналған сервер мен клиент бөліктері (АСККВ).	1 дана

Басқарма төрағасы – ректор

ҒИБжЦ жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Шаймарданов Ж.К.

Денисова Н. Ф.

Асанов Д. А,

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 80 күнтізбелік күн.