

ОРТІМА7 ЕМІ газонализаторының техникалық сипаттамасы

(Лот 2)

Жалпы сипаттама

- 1) Өлшеу арналары:
O2: 0 - 25,00%. H2S 0 - 500 / 2.000(*) ppm
- 2) Сыртқы зондтар мен сенсорлар үшін әмбебап қосымша кіріс
- 3) дифференциалды қысымның жоғары дәлдікті сенсорын қоса алғанда, пневмометриялық түтіктердің (ПИТО) көмегімен газ ағынының жылдамдығын м / сек өлшеу функциясы
- 4)SD картадағы деректерді сақтай отырып, оның ішінде Пайдаланушының "жеке" баптауларын ескере отырып (орташаландырумен және т. б.), аспапқа кіріктірілген автоматты өлшеу бағдарламасы
- 5) тасымалдауға арналған белбеу

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

ҒИБЖЦ жөніндегі проректор

Денисова Н. Ф.

Бағдарлама жетекшісі

Асанов Д .А.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 45 күнтізбелік күн.