

Электрондық анализатор, рН су метрнің техникалық сипаттамасы

(Лот 10)

рН диапазоны: 0.00-14.00 рН

Тотығу-тотықсыздану потенциалы(мВ): -999-дан 99 мВ-қа дейін

Температура диапазоны: 0-100 °С

Максималды ажыратымдылық: 0.01 рН, 1 мВ, 0.1°

Негізгі дәлдік: ±0.01 рН, ±2 мВ, ±0.8°F/0.5°C

Өлшемдері: 111x79x39 мм

Салмағы: 260 г

Басқарма төрағасы – ректор

ҒИБЖЦ жөніндегі проректор

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж..

Денисова Н. Ф.

Комбаев К.К.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20 күнтізбелік күн.