

Техническая спецификация на штангенциркуль

(Лот 7)

прибор: штангенциркуль
тип: нониусный
величина измерения (макс): 150 мм
точность измерения: 0.05 мм

Председатель правления - ректор

Проректор по НИД и Ц

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж..

Денисова Н.Ф.

Комбаев К.К.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 20 календарных дней с момента подписания договора