

Бағдарламаланатын тұрақты ток көзінің техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Шығыс тогы: кемінде 3.7

Шығу кернеуі: кемінде 600 V

Номиналды қуаты: кем дегенде 800W

Рұқсат: кемінде 0,1 мА

Интерфейс: USB, LAN

СС/CV басымдықты ауыстырудың, синхрондалған жұмыстың болуы маңызды. Шамадан тыс жүктеме мен қызып кетуден қорғау. Бағдарламалық жасақтама, сонымен қатар бағдарламаланатын ішкі жад.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

**Ғылым және инновация жөніндегі
проректор**

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Сағидұғмар А.Н.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20 күнтізбелік күн.