

Сканерлейтін электронды микроскоптың техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Катод түрі электронды оптика және сканерлеу жүйесі – Накты уақыттағы сәулелік параметрлерді бақылау және оңтайландыру және әртүрлі сканерлеу режимдерінде кескіндер алу үшін қосымша патенттелген электромагниттік линзасы (IML) бар бірегей электрондық оптика (ажыратымдылық, кенейтілген фокус терендігі, кен көру өрісі және т.б.) – Вольфрам термиялық эмиссиялық катод. – Сканерлеуші электронды микроскоптың кеңістіктік ажыратымдылығы 30 кВ-та 3,0 нм құрайды. – Электрондар сәулесінің тогы 1 падан 2 мкА-ға дейін, сәуленің тогы өзгерген кезде диафрагманы механикалық өзгерту қажет емес (косымша электромагниттік линза диафрагманы ауыстыру құрылғысы ретіндеге жұмыс істейді). – үдеткіш кернеуі 200 В-тан 30 кВ-ка дейінгі диапазонда. – Сканерлеудің максималды жылдамдығы-20 нс/пиксель, сканерлеудің минималды жылдамдығы-10 мс/пиксель, жылдамдық бүкіл диапазонда сатылы немесе үздіксіз реттеледі. – Бір сканерлеу кезінде $16\ 384 \times 16\ 384$ пиксельге дейінгі кескіндерді сактау, өлшем "тірі" кескін үшін (3 кадам) және 4:3, 2:1 немесе 1:1 кескін арақатынасы бар сакталған (11 қадам) үшін дербес орнатылады.

Вакуумдық жүйе:

- Үлгі камерасындағы жоғары вакуум 9×10^{-3} Па. – SingleVac режимінің болуы-өткізбейтін үлгілерді табиғи күйінде зерттеу үшін 30 ± 10 Па қысымы бар тәмен вакуум режиміне өту.
- Вакуумдық жүйе элементтерінің ешқайсысы суды салқындану жүйелерін пайдаланбайды.
- Шлюзді пайдаланбай үлгілерді ауыстыру уақыты 3 минут.
- Форвакуум және турбомолекулалық сорғыларға негізделген сорғы жүйесі.
- Айналмалы май сорғысы форвакуум сорғысы ретіндеге қолданылады.

Камера және үлгі үстелі:

- Өлшемдері бар аналитикалық үлкен үлгі камерасы: 230 мм (ішкі диаметрі) x 148 мм (есіктің ені).
- Детекторлар мен аксессуарларды орнатуға арналған 12 интерфейс порты.
- Үлгінің максималды биіктігі: 54 мм (айналу үстелі бар) және 81 мм (айналу үстелі жок).
- 5 ось бойынша толық моторланған (X, Y, Z, көлбеу, айналу) дәл координаталық репродукциясы бар компюцентрлік үстел; козғалыс диапазондары: X-Y: 80×60 мм, Z бойынша: 50 мм, 360° айналады, көлбеулік бойынша -80° тан $+80^\circ$ дейін.
- Үлгінің максималды рұқсат етілген салмағы: X, Y, Z осьтері бойымен козғалу кезінде 500 г, айналу және көлбеу; X, Y және Z осьтері бойымен козғалу кезінде 1000 г.
- Сыртқы тербелістерді басу үшін тік болат арматурасы бар резенке үнсіз блоктары бар кіріктірілген флотациялық камера мен баған суспензиясы. Бөлмегегі сыртқы механикалық тербелістердің рұқсат етілген деңгейі: < 4 мкм/с 30 Гц-тен тәмен, < 8 мкм/с 30 Гц-тен жоғары.

Детекторлар:

- Топографиялық контраст кескіндерін алу үшін Эверхарт-Торли типті екінші реттік электрон детекторы 30 кВ-та 3,0 нм ажыратымдылығымен тік ось бойынша козғалыстың барлық диапазонында қолданылады.
- Поляс ұшының астында симметриялы орналасқан синтетикалық жоғары сезімтал YAG кристалына негізделген кері шашыранқы сцинтилляциялық типті сақина детекторы. 0,1 Z атомдық номері бойынша ажыратымдылығы бар композициялық контраст кескіндерін алу үшін тік осьтің барлық козғалыс ауқымында қолданылады. Сканерлеудің жоғары жылдамдығын қажет ететін қосымшалар үшін ұсынылады. Детектор колмен жылжыту/ұзарту механизмімен жабдықталған.
- Кіріктірілген ток өлшегіш (пикоамперметр). Үлгіге сінірілген токты үздіксіз өлшеуді, сондай-ақ сәуле үлгі үстеліне салынған Фарадей цилиндріне орналастырылған жағдайда бастапқы электронды сәуленің тогын өлшеуді камтамасыз етеді. Сонымен катар, сінірілген ток өлшегіш микроскоп камерасының бөліктерін (үлгіні және детекторларды корғау) сенсорлық сенсор функциясын орындаиды.

- Оңай навигация және үлгі үстелінің козғалысын бақылау үшін сандық үлкейту мүмкіндігі бар үлгі камерасын қарау ИК-телекамерасы. Үлгі беті мен камера бөліктері мен детекторлар арасындағы қашықтықты визуалды бақылау (атап айтканда, бағанның полюс ұшының астындағы детекторлар). Жарыкка сезімтал талдау түрі белсендірілген кезде ИК жарығы автоматты түрде өшеді.

Көптеген автоматты процедурапар мен модульдер жиынтығы бар микроскопты басқару бойынша орынстандырылған бағдарламалық жасақтама – TESCAN Essence микроскопты басқару бағдарламалық жасақтамасы, пайдаланушыға ыңғайлы модульдік плитка түріндегі графикалық интерфейс. – Essence-те кескінді өңдеуден кейінгі бағдарламалық модуль, ол орындаиды: кескінді айналдыру, ак-кара түске айналдыру, бірнеше детекторлар бір уақытта алған құрама суреттерден арналарды шығару, инфжолдарды қосу және т. б. Блоктарға топтастырылған 30-дан астам функциялар, блоктардың атаулары:

жарыктылықпен/контрастпен/гамма-түзетумен жұмыс, күрілымдарды аныктау, бірнеше түс схемалары бойынша түстерді бояу, геометриялық түрлендірулер, айқындық/бұлдыңғырық, шуды басу, суреттерді біріктіру және инфожолдармен манипуляция. – Essence-тегі талдау және өлшеу: тірі суреттегі берілген сызық бойымен жарыктықтың тербеліс профильдерін нақты уақытта күруға арналған бағдарламалық модуль. Сызық бойымен сканерлеу бір реттік немесе үздіксіз қайталануы мүмкін. Жол бойындағы электронды сәуленің кадамдарының санын пайдаланушы өндейді. Таңдалған нұктелердегі жарыктық мәндерін аныктау үшін жылжымағы тік сызығыштар бар. Сызық бойымен сканерлеуден басқа, электронды сәулені нұктеге "күлгіптауға" болады. – Essence ішіндегі өлшемдер: тірі немесе сакталған кескіндердегі нысандарды қолмен өлшеуге арналған бағдарламалық модуль. TESCAN микроскоптарынан алынған кескіндер калибрлеуді қажет етпейді; кейінгі өлшеулер үшін үшінші тарап кескіндерін калибрлеуге болады. Суреттерге койылған барлық өлшеу белгілері өндөледі. Барлық өлшемдер автоматты түрде кестеге енгізіледі, оны форматта түсіруге болады .TXT, .CSV, өлшеудің статистикалық параметрлері автоматты түрде есептеледі. Суреттерге қоюға болатын өлшеу белгілері: нұктес (оның координаттары мен сұр деңгейі көрсетіледі), көрсеткілер мен мәтіндік көлтәнбалар, қашыктықты өлшеу (берілген параллель түзулердің арасында немесе берілген сызықтың бойында), бұрыштарды өлшеу; шенберлер мен эллипстердің периметрлері мен аудандарын, ұш нұктес бойынша шенберлерді, квадраттарды, тіктөртбұрыштарды, параллелограммдар, көпбұрышты фигурапар өлшеу. Сондай ақ берілген сызық бойымен немесе жолақтың ені бойынша орташаланған жарыктық тербелістерінің профильдері алынады. Сондай-ақ, кескінге көлденен/тік сызықтардың, концентрлік шенберлердің, радиалды сәулелердің, нұктелердің периодтық торын периодтың реттелетін енімен қолдануға болады. Сондай-ақ, кескіннің өзінде КП №231109 VEGA LMS 4 беттен 3 бетті масштабты сызығышты күруға болады (егер инфостроксыз кескінмен жұмыс істей керек болса пайдалы). – Essence ішіндегі алдын ала орнатулар: таңдалған СЭМ параметрлері мен параметрлерінің комбинациясын басу арқылы үнемдеуге және жылдам белсендіруге арналған бағдарламалық модуль, мысалы: бағанды туралау нәтижесі, сәуле тогы, жарыктық/контраст, кону энергиясы, көрү өрісі, жұмыс қашыктығы, үлгі кестесінің координаттары. Жинақта иондық баған болған кезде иондық бағанға арналған алдын ала орнатылған блок қосылады. – Essence ішіндегі позиционер: кез-келген суретті субстрат ретінде қолдана отырып, қызығушылық аймактарына оңай шарлауға арналған бағдарламалық модуль. Навигациялық картаның рөлін аткаратын сурет фотосурет, оптикалық микроскоптың суреті, кең көрү өрісі, схемасы, сызбасы бар СЭМ кескіні болуы мүмкін. Егер субстрат суреті TESCAN микроскопының артында жинақталған СЭМ суреті болса, онда мұндай сурет пен үлгіні салыстыру автоматты түрде жүреді. Егер субстрат суреті басқа құрылғыдан немесе диаграммадан/сызбадан алынған сурет болса, онда субстрат суретін ағымдагы үлгіге байланыстыру қажет, ол 3-ші сілтеме нұктелерінде қолмен жасалады. – Essence соктығысу схемасы: СЭМ камераасының ішіндегі үлгілер мен қозгалатын детекторлар/аксессуарлардың қозғалысын 3D визуализациялау, қозғалыстар анимация ретінде көрсетіледі және нақты уақыт режимінде жаңартылады. Бұл құрал кестені немесе үлгілерді объективті линзының полюсті ұшымен, детекторлармен және микроскоп камераасының басқа ішкі бөліктерімен соктығысуы мүмкін үлгілер үстелін жылжыту әрекеттерін болдырмау үшін қажет. – Essence ішіндегі гистограмма: гамма түзетулерін және сұр деңгейлердің шекараларын реттеуге арналған гистограмма терезесі, тікелей эфирдегі СЭМ сканерлеу терезесінде нақты уақыт режимінде нәтиже жаңартылады, сонымен катар ренк шкаласы (LUT) реттеледі. – Essence - тегі объектилердің ауданы: таңдалған сұр деңгейдегі объектилер кадр ауданының қанша үлесін алатынның аныктауға арналған бағдарламалық модуль. Сакталған суреттермен де, тірі СЭМ кескінімен де жұмыс істейді. Сұр деңгейдің әртүрлі диапазондары үшін аудандардың 4 мәніне дейін бір кадрда бөлуге болады, нәтижелер алынған сандық көрсеткіштерді кейінгі талдау үшін экспортталауды. – Essence-тегі өшіру таймері: микроскопты белгіленген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшіруге арналған бағдарламалық модуль (оны күту режиміне қою). Ол оператордың болуын қажет етпейтін және микроскопты өшіру қажет болатын ұзақ эксперименттер басталған кезде қолданылады (әдетте мұндай эксперименттер түндеге аяқталады). Ұзақ эксперименттердің мысалдары: панorama үшін СЭМ кескін массивін жинақтау, аналитикалық процедуралар (бөлшектерді автоматты түрде іздеу).

– Essence SharkSEM: электрондық баған мен үлгі үстелінің басқару элементтерімен сыртқы бақылау және байланыс хаттамасы. Егер үшінші тарап құрылғысы (мысалы, EDS энергия дисперсиялық детекторы) осы СЭМ-ге орнатылуы жоспарланған болған жағдайда қажет.

Компьютер және басқару жүйесі:

PC SEM-микроскоптың басқаруышы компьютері. Сымсыз жинақ (пернетакта және тінтуір). Трекбол.

Монитор-32 дюймдік кәсіби сериялық сұйық кристалды монитор.

Оператор үстелі-ені 1600 мм эргономикалық оператор үстелі, екі компьютерге арналған тауашасы бар; екі мониторға арналған бекіткіштері бар сәндік артқы тік панель кіреді.

Басқалары:

– Форвакуум сорғысының акустикалық шуын азайту үшін табиги конвекциялық ауамен салқындастылған шуды болдырмайтын корап. UPS-жабдықты қорғау және қауіпсіз өшіру үшін 2,2 кВа үздіксіз қуат көзі.

Шығын материалдары мен ұстаушылар:

VEGA HiVac үшін 1-Y жиынтығы-1 жыл ішінде үлгілерді бекітуге арналған шығын материалдары мен ұстасыштар жиынтығы.

Жабдықты сатып алушының аумағында монтаждау жүргізілетін жерге дейін жеткізу құнға енгізілген.

Сатып алушының мамандарын пайдалануға беру және оларға кеңес беру жөніндегі жұмыстар пайдалану қағидалары. Жұмыстарды сатып алушының аумағында өкіл компанияның сертификатталған мамандары орындаиды.

Басқарма төрағасы – ректорның м.а,

Рахметуллина С.Ж.

Ғылым және инновация жөніндегі

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Рахадилов Б.К.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25.12.2023 ж. деін.

