

**Гидрометриялық айналмалы зырылдауықтың техникалық сипаттамасы**

(Лот 5)

Су ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны, м / с:

- а) диаметрі 120 мм айналмалы қалақшалы бұрандасы бар, 0,03-тен 5,0-ге дейін;
- б) диаметрі 70 мм қалақшалы бұрандасы бар. 0,06-дан 5,0-ге дейін. 0-ден 9999-ға дейінгі айналым бұрандасының айналым санының диапазоны.

су ағынының жылдамдығы және  
өзендердегі су шығыны,  
арналарда, ағындарда және т. б.  
тереңдігі 5 см.

Басқарма төрағасы – ректоры

Ғылым және инновация жөніндегі

Бағдарлама жетекшісі



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Колпакова В.П.

**ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ**

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 25.12.2023 ж. деін.