

Бағдарламаланатын тұрақты ток козінің техникалық сипаттамасы

(Лот 1)

Шығыс тоғы: кемінде 3.7

Шығу кернеуі: кемінде 600 V

Номиналды қуаты: кем дегенде 800W

Рұқсат: кемінде 0,1 mA

Интерфейс: USB, LAN

СС/CV басымдықты ауыстырудың, синхрондалған жұмыстың болуы маңызды. Шамадан тыс жүктеме мен қызып кетуден қорғау. Бағдарламалық жасақтама, сонымен қатар бағдарламаланатын ішкі жад.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Ғылым және инновация жөніндегі
проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Сағидүғұмар А.Н.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20 күнтізбелік күн.