

Техническая спецификация на пресс испытательный

(Лот 3)

Наибольшая предельная нагрузка 100 кН
 Определяемая нагрузка 4-100
 Относительная погрешность силоизмерителя $\pm 1,0 \%$
 Номинальная цена деления единицы наименьшего разряда силоизмерителя 0,01 кН
 Максимальный рабочий ход поршня гидроцилиндра 50 мм
 Ширина рабочего пространства между колоннами, не менее 190 мм
 Потребляемая мощность, не более 1,5 кВт
 Питание 380 В, 50 Гц
 Высота рабочего пространства между плитами, не более 230 мм.
 Максимальный рабочий ход поршня гидроцилиндра 50 мм 50 мм
 Ширина рабочего пространства между колоннами, не менее 190 мм
 Габаритные размеры (ДxШxВ), не более 388x350x1250 мм
 Масса, не более 600 кг
 Должен обязательно внесена в Госреестр Республики Казахстана и поверяться (калиброваться) на территории государства.

Председатель правления - ректор

Председатель правления проректор
по науке и инновациям

Ответственный за проект



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Руденко О.В.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: 100 календарных дней с момента подписания договора