

ЖЕМ-2100 микроскопына қызмет көрсетудің техникалық сипаттамасы

(Лот 10)

- * Микроскоптың вакуумдық жүйесінің жұмысын тексеру;
- * Микроскоптың қосалқы блоктарының жарамдылығын тексеру: су рециркуляторы, автостабилизатор, трансформаторлар, компрессор, басқару компьютері, Айналмалы сорғы және көтеру механизмдері.
- * * Пиранха сенсорларын реттеу
- * Вакуумдық және линзалық жүйелердің негізгі кернеулерін тексеру
- * Жоғары вольтты жүйенің жұмысын тексеру**
- * Микроскопты басқаруды тексеру
- * дербес компьютер.

Жиынтықта ауыстыруға арналған қосалқы бөлшектер

- * 4 дюймдік диффузиялық сорғы жылытқышы бар қосылыс.
- * DP сымдары
- * * R. Paul mr-200A майы 1.8 L 2 дана.
- * URETHANE BELT r40h 2 дана уретанды сорғы белдігі.
- * O-RING SET сақина тығыздағыш жинағы
- Pirani gauge ma173010 пирани сенсоры
- * OIL SEAL SET 4570-01/SC тығыздағыш фланец
- * Silicone COMPOUND tsk550 диэлектрлік майлау
- * FOMBLIN y-VAC3 10 вакуумдық майлау
- * APIEZON L 50 g жоғары вакуумды майлау
- * Solenoid Valve a040-4e1-15-4 дана электромагниттік Клапан.
- * PENNING gauge Пеннинг сенсоры
- * Элегаз SF6 10 дана
- FUSE SET

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

**Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор**

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Курбанбеков Ш.Р.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 30 күнтізбелік күн