

Таразының техникалық сипаттамасы

(Лот 11)

Аналитикалық таразы

Max, G. 220, Min, G. 0.01, Дискреттілік, G. 0.0001, OIML r76-1-2011 бойынша арнайы (I) дәлдік класы, жарықтандырылған сұйық кристалды Дисплей, платформа өлшемі, мм. Ø 80, калибрлеу Сыртқы, RS-232C интерфейсі, өлшемдері, мм. 290×200×306, тексеру дәлелі жиынтықтағы алғашқы метрологиялық тексеру туралы

Зертханалық таразы

Max, G. 12000, Min, G. 5, Дискреттілік, G. 0.1, дәлдік класы жоғары (II) OIML r76-1-2011, жарықтандырылған сұйық кристалды Дисплей, платформа өлшемі, мм. 180×160, RS 232C интерфейсі, өлшемдері, мм. 235×182×170, тексеру бастапқы метрологиялық тексеру туралы куәлік жиынтығы

Басқарма төрағасы – ректор



Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Курбанбеков Ш.Р.

ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған күннен 20.12.2024 жылға дейін