

Автоматты сынама алу құрылғысының техникалық сипаттамасы

(Лот 4)

Үрленетін ауа жылдамдығының диапазоны 10-нан 50 л/мин-ге дейін

Ауаның көлемдік ағынының негізгі салыстырмалы қателігі 5 %

АФФ-РСП-20 сүзгі түрі

Кернеуі 12 В аккумулятор батареясынан, шығыс кернеуі 15 В желілік адаптерден қуат

Батареялардан үздіксіз жұмыс істеудің минималды уақыты 8 сағ

Жалпы өлшемдері, мм 310×200×130

Салмағы, кг 2,5

Жұмыс температурасының диапазоны -30-дан +50 °С-қа дейін

Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, 95±3 аспайды %

Негізгі жеткізу жинағы:

Сынама алу құрылғысы

АФА-РСП-20 сүзгілері 100 дана.

RS-232 бойынша ДК-мен қосылу кабелі

USB түрлендіргіші желілік адаптер сыртқы ДК-мен жұмыс істеу бағдарламасы бар Флам диск немесе флэш-карта пайдалану құжаттамасы (пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, Техникалық сипаттама және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық) кепілдік талоны тексеру туралы Сертификат.

Өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы Сертификат. Қазақстан Республикасы.

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

Басқарма мүшесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Кожухметов Е.А.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 10.12.2025 жылға дейін.