

Әр түрлі ортадағы радонның көлемдік белсенділігін өлшеу әдісінің техникалық сипаттамасы

(Лот 5)

ҚР СТ 2391-2013 әртүрлі ортадағы радонның көлемдік белсенділігін өлшеу әдістемесі. Енгізу күні 01.07.2014. Стандарт өлшеудің негізгі салыстырмалы қателігі 30% - дан аспайтын радон радиометрлерінің немесе өлшеудің негізгі салыстырмалы қателігі 20%-дан аспайтын Альфа-сәулелену дозиметрлерінің және мынадай диапазондарда қосымша сынама алу жабдығының көмегімен әртүрлі орталарда радонның көлемдік белсенділігін (бұдан әрі-РКБ) өлшеуді орындау әдістемесін белгілейді: эксхалационы (тығыздықты) өлшеу диапазоны 10^{-2} Бк/с·м²-ден 500 Бк/с·м² дейін; судағы радонның көлемдік белсенділігін өлшеу диапазоны 1 Бк / л-ден 15000 Бк/л-ге дейін; топырақ ауасындағы радонның көлемдік белсенділігін өлшеу диапазоны 1 Бк / л-ден 15000 Бк / л-ге дейін; тұрғын және өндірістік үй-жайлардың ауасындағы радонның көлемдік белсенділігін өлшеу диапазоны 10 Бк/м³-тен $1 \cdot 10^5$ Бк/м³-ке дейін.

Қазақстан Республикасы Индустрия және технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 22.11.2013 №538-НҚ бұйрығымен бекітілген және қолданысқа енгізілді. Қазақстан Республикасының өлшеулерді орындау әдістемелерінің тізілімінде тіркелген

Басқарма төрағасы – ректор

Рахметуллина С.Ж.

**Басқарма мүнесі- ғылым және
инновация жөніндегі проректор**

Конурбаева Ж.Т.

Бағдарлама жетекшісі

Кожухметов Е.А.



ТӨЛЕМ ЖӘНЕ ЖЕТКІЗУ ШАРТТАРЫ

Құны ҚҚС-мен Өскемен қаласына дейінгі DDP шарттары (сатып алушыға дейін жеткізу және өз құрамына барлық мүмкін болатын төлемдерді, салықтар мен баж төлемдерін кіргізеді) негізінде көрсетілген.

Төлем шарттары: Жеткізгеннен кейін.

Жеткізу уақыты: Келісім-шартқа қол қойылған 10.12.2025 жылға дейін.