

Техническая спецификация на автоматическое пробоотборное устройство

(Лот 1)

Диапазон скоростей продуваемого воздуха от 10 до 50 л/мин
 Основная относительная погрешность объемного расхода воздуха 5 %
 Тип фильтра АФА-РСП-20
 Питание от аккумуляторной батареи напряжением 12 В, от сетевого адаптера с выходным напряжением 15 В
 Минимальное время непрерывной работы от аккумуляторов 8 ч
 Габаритные размеры, мм 310×200×130
 Масса, кг 2,5
 Диапазон рабочих температур от -30 до +50 °С
 Относительная влажность воздуха, не более 95±3 %
 Основной комплект поставки:
 Пробоотборное устройство
 Фильтры АФА-РСП-20 100 шт.
 Кабель соединения с ПЭВМ по RS-232
 USB-конвертер Сетевой адаптер Компакт диск или флеш-карта с программой работы с внешней ПЭВМ
 Эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации, техническое описание и инструкция по эксплуатации) Гарантийный талон Сертификат о проверке.
 Сертификат об утверждении типа средств измерений. Республика Казахстан..

Председатель правления - ректор



Рахметуллина С.Ж.

Проректор по науке и инновациям

Конурбаева Ж.Т.

Руководитель темы

Кожаметов Е.А.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: До 10.12.2025 года с момента подписания договора